



检测报告

山中检字（2020）第 DY004-2-1 号

第 1 页 共 2 页

项目名称	2月份第一周检测项目		
委托单位	东营胜利中亚化工有限公司	采样地点	东营胜利中亚化工有限公司
样品类别	废水	样品描述	无色、无味、透明
采样日期	2020.2.5	采、送样人员	高晓凯、孙继鹏
分析人员	贺文艳、李东营	分析日期	2020.2.5~2020.2.6

一、仪器设备基本情况

表 1 主要仪器设备一览表

仪器设备	型号	仪器编号
可见分光光度计	721 型	045
节能 COD 恒温加热器	JHR-2	104

二、检测依据及结果

2.1 检测依据

表 2 废水检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
COD _{Cr}	HJ 828-2017	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	4 mg/L
氨氮	HJ 535-2009	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	0.025 mg/L

2.2 废水检测结果

表 3 废水检测结果一览表

点位	采样日期	采样频次	检测项目及检测结果（mg/L）	
			氨氮	COD _{Cr}
1#废水总排口	2020.2.5	1	0.830	534
		2	0.848	556
		3	0.812	542

检测 报 告

山中检字（2020）第 DY004-2-1 号

第 2 页 共 2 页

三、质控措施及结果

3.1 质控措施

- 1. 本次检测废水，对于不同检测项目均采用相应采样标准及方法。
- 2. 本次检测所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。

3.2 质控结果

1.平行样相对偏差

检测点位	采样频次	检测项目	平行样	
			检测结果（mg/L）	相对偏差（%）
1#废水总排口	3	氨氮	0.800	1.48
			0.824	
		CODcr	540	0.46
			545	

2.标样质控

质控项目	标样真值(mg/L)	标样测值(mg/L)	不确定度(mg/L)	判定
CODcr	105	104	±5	合格
氨氮	0.419	0.412	±0.022	合格

3.空白质控

类型	项目	结果(mg/L)	判定
全程序空白	CODcr	ND	合格

备注：“ND”表示未检出

***** 报告结束*****

编制人:张俊芳 审核人:陈健健 授权签字人:张俊芳

签发日期: 2020.3.7

(检验检测专用章)

报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导导致结果不可用或有误的情况，概不负责。
- 6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。
- 7.对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 8.加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

单位名称：山东中泽环境检测有限公司

通讯地址：山东省东营市东营区西三路 217 号东营市胜利大学生创业园

6 号楼

邮 编：257000

联系电话：0546-7787870

电子邮箱：zhongzejiance@163.com